

仕 様 書

1 件名

共焦点走査型レーザー検眼鏡一式の購入

2 調達物品内訳

共焦点走査型レーザー検眼鏡一式（別紙1あるいは別紙2より選択）

*それぞれの詳細については別紙のとおりとする

*共焦点走査型ダイオードレーザー検眼鏡については、別紙1及び別紙2に示すものうちいずれかの構成によるものとし、入札書の記載にあたっては、選択した機種メーカーのいずれかを選択したかを判断できるように記載すること。

3 納入期限

本調達物品は、令和6年10月31日までに納入すること。ただし、納入スケジュールについては、本機構担当職員、現場担当職員と十分に協議し、その指示に従うこと。

4 設置場所

長崎みなとメディカルセンター 眼科外来

5 搬入、据付、調整等

- (1) 搬入にあたっては、本機構担当職員、現場担当職員と協議の上、決定すること。
- (2) 搬入については、本機構の業務に支障のないように配慮し、計画的に行うこと。
また、本機構施設に損傷を与えないように十分な注意を払うよう努め、必要があれば搬入経路に養生を施すこと。また、損傷を与えた場合には、受注者の責任において速やかに現状に復元すること。
- (3) 搬入、組立、据付、配線、調整に要する全ての費用は、本調達に含むものとする。
- (4) 梱包等についてはすべて持ち帰ること。

6 保守体制等

- (1) 納入検査終了後1年以内に通常使用において発生した故障等については、無償で対応・修理すること。
- (2) 納入後明らかとなった瑕疵については、受注者の負担において物品及び部品を交換すること。
- (3) 納入後のアフターフォローとして現場担当職員に詳細な保守点検に関する情報や

取り扱いに関する技術を提供すること。

- (4) 本調達物品に係る迅速なアフターサービス、メンテナンス及び機器障害等に対応できる体制が整っていること。また保守体制に関する情報を提供すること。
- (5) 取扱説明書等を有する物品については、日本語版で1部提供すること。現場担当職員が必要ないと認めた場合はこの限りでない。

7 その他

- (1) 本仕様書に定めのない事項については、適宜担当者等と協議するものとする。

(別紙1)

品名	メーカー (販売元)	規格・型番	数量 (内訳)
共焦点走査型ダイオードレーザー検眼鏡一式	(株)ニデック		1式
【内訳】			
Mirante FA/ICG/OCT 本体			(1)
広角アダプター			(1)
前眼部観察用アダプター			(1)
アンギオアップグレードキット			(1)
B スキャンデノイジングソフトウェア			(1)
長眼軸長正常眼データベースソフトウェア			(1)
電動光学台			(1)
スリムラック			(1)
USB バーコードリーダー			(1)
クライオ検査機器取込接続費			(1)

