

## 仕 様 書

長崎みなとメディカルセンターに設置のアトムメディカル製 保育器 19 台（以下「機器」という。）の保守点検について、下記の仕様により行うものとする。

（対象機器）

機器名	型式	台数	購入年月	経過年数	台数
アトムメディカル製 保育器	インキュ i	16 台	H28.3	9 年目	10 台
			H26.3	11 年目	1 台
			H26.2	11 年目	4 台
			H25.3	12 年目	1 台
	デュアルインキュ i	2 台	R1.7	7 年目	2 台
	インキュアーチ	1 台	R3.3	5 年目	1 台

### 1. 履行期限

令和 8 年 3 月 31 日まで

### 2. 履行場所

長崎県長崎市新地町 6 番 39 号 長崎みなとメディカルセンター

### 3. 保守目的

本件は、発注者の所有する機器が、その性能を正常に保持し使用目的に支障を来さないよう、受注者の責任において、必要な点検調整、清掃、修理、並びに部品の交換及び供給を行うものとする。

### 4. 保守内容

- (1) 保守点検の範囲は別記 1 のとおりとする。
- (2) 受注者は、保守作業員を機器設置場所に立ち入らせる場合は、必ず身分証明書を携帯させ、風紀・安全・衛生に努めるものとする。
- (3) 保守作業中に発見した異常等は、その原因の解明を行うとともに、直ちに発注者へ報告し、その指示を受けて修復するものとする。
- (4) 保守作業は、細部にわたり遗漏のないようにし、特に危険を伴う箇所については、その防止措置を講じる等、慎重に作業をすること。
- (5) 受注者は必要に応じて機器の信頼性の向上及び動作を改善するために技術変更を実施すること。

## 5. 点検（修理）報告

- (1) 受注者は、定期点検（修理）を行うにあたり、職員立会いのもとに行い、業務を完了した時は、その都度発注者の検査を受けるものとする。
- (2) 定期検査終了後は、定期点検報告書（様式任意）を修理作業完了後は内容を記載した報告書（様式任意）を、臨床工学部及び財務管理課へ各1部ずつ提出するものとする。

## 6. 費用の負担

- (1) 対象機器のうち、保守点検サービスプラン「スタンダード」を適用する機器については、点検終了後1年以内において、通常使用時に故意なく修理が発生した場合の工賃、出張費は、本契約に含むものとする。ただし、現地における対応が困難であり、機器を引き上げて修理作業を行う必要がある場合は、当該作業に係る費用については、発注者と受注者とで別途協議のうえ定めるものとする。
- (2) 次に掲げる事項については、この契約の範囲に含まないものとする。
  - ① メーカー指定以外の保守部品、消耗品及び付属品の使用に起因する故障
  - ② メーカーの技術員以外の技術員によって行われた点検、修理に起因する故障修理
  - ③ 火災、風水害、地震その他の天変地異に起因する故障
  - ④ 消耗品の供給
- (3) 保守作業中の機器維持のために使用する電力は発注者が負担するものとする。

## 7. その他

- (1) 定期点検実施日は、事前に担当職員と協議して定めるものとする。
- (2) 定期点検実施日程は、発注者の指定した時間帯に行うものとする。
- (3) 定期点検実施上疑義が生じたときは、その都度発注者・受注者が協議して円滑に処理するものとする。
- (4) 受注者は、保守作業中において発注者の機器を滅失又はき損したときは、原状回復するものとする。
- (5) その他、定期点検実施に必要な事項が生じた場合は、発注者・受注者が速やかに連絡を取り合い適切な点検を実施するものとする。

## 別記 1

### ■インキュ i (購入後 10 年まで : 10 台)

#### 1. 保守点検サービスプラン

スタンダード

#### 2. プラン内容

区分	内容	個数
点検項目	電源・外観	○
	コントロールパネル部	○
	温度・湿度・酸素濃度制御機能	○
	パルスオキシメーター	○
	警報機能	○
	体重モニタ	○
	電気安全試験	○
定期交換部品	定期交換部品パック A または 定期交換部品パック B	○
	体圧分散マットレス	○
	酸素センサー	○
	ベビーガード (破損が生じている場合交換)	○
	サイドベビーガード (破損が生じている場合交換)	○
	フィルターパッキン (破損が生じている場合交換)	○
技術料		含む
派遣料		含む

※上記以外の修理部品費用は別途

※定期交換部品パック A または定期交換部品パック B は、作業時に選択

定期交換部品パック A : 手入窓用カバー、絞り窓枠用固定パッキン、  
チューブ導入口パッキン、処置窓パッキン、  
ワンタッチ窓パッキン、X線カセッテ窓パッキン、  
スチームゲート

定期交換部品パック B : ロータリーダンパー (処置窓用)、手入用窓、  
スチームゲート

■インキュ i (購入後 10 年以上経過 : 6 台)

1. 保守点検サービスプラン

スタンダードプラン対象外のため、下記項目の定期点検および部品交換を行うこと。

2. プラン内容

区分	内容	個数
点検項目	電源・外観	○
	コントロールパネル部	○
	温度・湿度・酸素濃度制御機能	○
	パルスオキシメーター	○
	警報機能	○
	体重モニタ	○
	電気安全試験	○
部品交換	酸素センサー	○
	本体用ヒーター (5 台分のみ)	○
技術料		含む
派遣料		含む

※上記以外の部品費用は別途

※本体用ヒーター部品交換は、以下のシリアルナンバーの機器 5 台分を実施すること。

SN : 23Z0715、23Z0716、23Z0717、23Z0718、23Z0719

## ■デュアルインキュ i (2台)

### 1. 保守点検サービスプラン

スタンダード

### 2. プラン内容

区分	内容	個数
点検項目	電源・外観	○
	コントロールパネル部	○
	温度・湿度・酸素濃度制御機能	○
	パルスオキシメーター	○
	警報機能	○
	体重モニタ	○
	ウォーマモード	○
	電気安全試験	○
定期交換部品	定期交換部品パック A または 定期交換部品パック B	○
	体圧分散マットレス	○
	酸素センサー	○
	ベビーガード フロント・リア (破損が生じている場合)	○
	サイドベビーガード (破損が生じている場合交換)	○
	フィルターパッキン (破損が生じている場合交換)	○
技術料		含む
派遣料		含む

※上記以外の修理部品費用は別途

※定期交換部品パック A または定期交換部品パック B は、作業時に選択

定期交換部品パック A : キヤノピーパッキン、患者回路導入口パッキン、  
チューブ導入口パッキン、処置窓パッキン、  
ワンタッチ窓パッキン、X線カセッテ窓パッキン、  
スチームゲート

定期交換部品パック B : ロータリーダンパー (処置窓用)、手入用窓、  
スチームゲート

■インキュアーチ (1台)

1. 保守点検サービスプラン

スタンダード

2. プラン内容

区分	内容	個数
点検項目	電源・外観	○
	操作表示部	○
	温度制御機能	○
	酸素濃度	○
	パルスオキシメーター	○
	警報機能	○
	電気安全試験	○
定期交換部品	定期交換部品パック A	○
	マットレス	○
部品交換	酸素センサー	○
技術料		含む
派遣料		含む

※上記以外の修理部品費用は別途

※定期交換部品パック A : チューブ導入口パッキン、ワンタッチ窓パッキン、  
酸素センサーパッキン